

No.AM08025-00094

平成 20 年 12 月 9 日

お客様各位

株式会社アネス

安全管理責任者 山口 宣明

『デュパコ社製ノーマンマスクエルボ』の回収再確認に関するご案内について

謹啓 貴院、益々ご隆盛のこととお慶びを申し上げます。また、平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

この度、『ジャクソンリース回路の回収等について（注意喚起及び周知徹底）』（平成 20 年 11 月 19 日 薬食安発第 1119001 号）が発出されて、他社回収漏れ品の使用による医療過誤発生事例が記載され、監督官庁より、「平成 13 年当時の自主回収について適切に回収・廃棄が行われたか再点検を行うこと。」との指導がありました。

弊社が販売した製品につきましては、平成 13 年に回収作業を実施いたしましたが、一部医療機関の廃棄・紛失等により全数回収するには至りませんでした。したがって、一部の医療機関に残存している可能性を完全に否定することができません。つきましては、下記の回収再確認対象品が発見されましたならば、下記の弊社担当者までご返却いただくか、もしくは、ご連絡下さいますようお願いを申し上げます。

謹白

記

1. 回収再認対象品




(写真 1)



(写真 2)

2.回収再確認対象品の識別方法

『ノーマンマスクエルボ』とは、『ジャクソンリリース回路』を構成している部品（コネクタ）です。



(図 1)

3. 返却および連絡先

株式会社 アネス 安全管理者 山口宣明 まで

〒358-0026 埼玉県入間市小谷田 3-7-4

TEL : 04-2960-1820 FAX : 04-2960-2892

E-mail : anzen-kan@anes-med.co.jp

以上